

Centre d'Essais de Fontaine
17, Boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE - France
Tél. +33.(0)4.76.53.52.22
Fax +33.(0)4.76.53.32.40
lab38apr@apave.com

RAPPORT D'ESSAIS N°09.7.0226.c

I. DEMANDEUR

- Mme Geneviève RAUD
- ALLTEX – Z.A. de la praderie – 13910 MAILLANE – France

II. DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS TESTES

- Type d'équipement : **Demi-masques filtrants contre les particules de classe FFP2**
- Marque Commerciale : **ALLTEX**
- Modèle : **512**
- Lots : **E0416**
- Semaine de fabrication : **8**

III. REFERENTIEL TECHNIQUE UTILISE

- La prestation n'entre pas dans le cadre d'un examen de conformité à la directive EPI n°89/686/CEE.
- Le référentiel technique utilisé pour la prestation est la norme EN 149 : 2001 + A1 : 2009.
- Seul l'essai de pénétration du matériau filtrant aux particules liquides (huile de paraffine), selon l'article 8.11 de la norme a été réalisé.

IV. CONDITIONS D'ESSAIS

- Les échantillons sont testés dans l'état de réception.
- Les incertitudes ne sont pas prises en compte pour déclarer la conformité.

V. RESULTATS

Essais réalisés le 17 mars 2010.

- Essais de pénétration aux particules liquides
 - Rappel de l'exigence (§7.9.2): FFP2, pénétration maximale 6%
 - Résultats :


Echantillons	Pénétration maximale obtenue lors de l'exposition 120mg	Conformité à l'exigence
Lot : E0416 / Bobines : 609 393 2100 120511 080HO00180 / 609 393 1900 050209 050HO00210	2.84 %	OUI
Lot : E0416 / Bobines : 609 393 2100 011011 080HO00180 / 609 393 1900 020409 050HO00210	1.65 %	OUI
Lot : E0416 / Bobines : 609 393 2100 120411 080HO00180 / 609 393 1900 050109 050HO00210	2.33 %	OUI

Authentifié par tampon CETE APAVE SUDEUROPE

Date: le 19 mars 2010
Pour le Centre d'Essais de Fontaine



CETE APAVE SUDEUROPE
CENTRE D'ESSAIS DE FONTAINE
17 boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE
Tél. 04 76 53 52 22 - Fax 04 76 53 32 40



Olivier VILA COBARS

Ce rapport d'essai n'est pas une attestation d'examen CE de type délivrée par un organisme habilité.
Ce rapport d'essais comporte une seule page. Il est établi en deux exemplaires originaux transmis au demandeur.
Aucun duplicata ne sera délivré.

CETE APAVE SUDEUROPE

Société par Actions Simplifiée au Capital de 6 502 500 € - N° SIREN : 775 581 812 - Site Internet : www.apave.com

<p>LYON 177 route de Sain Bel BP 3 69811 TASSIN CEDEX Tél. : 04 72 32 52 52 - Fax : 04 72 32 52 00</p>	<p>MARSEILLE SIEGE SOCIAL 8 rue Jean-Jacques Vernazza Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61</p>	<p>BORDEAUX Z.I. avenue Gay Lussac BP 3 33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX Tél. : 05 56 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00</p>
---	---	--